


## Producto a medida

### **aixstent<sup>®</sup> PPS**

Stent para pseudoquiste pancreático



**bess pro gmbh**

Gustav-Krone-Str. 7

D—14167 Berlin

Germany



**Leufen Medical GmbH**

Gustav-Krone-Str. 7

D—14167 Berlin

Germany

Tel.: +49 30 816 90 93 00

Fax: +49 30 816 90 93 93

[www.leufen-medical.eu](http://www.leufen-medical.eu)

[contact@leufen-medical.eu](mailto:contact@leufen-medical.eu)



a bess group company

## 1 Estimado/a paciente:

Ha recibido un implante del tipo aixstent PPS (producto a medida). Por su propia seguridad, lea detenidamente este documento con información para el paciente y consérvelo. Si tiene preguntas sobre su implante, diríjase al médico responsable.

## 2 Acerca de este documento

### 2.1 Explicación de los símbolos

Símbolo	Descripción
	Uso no seguro con resonancia magnética
	Código de producto
	Número de lote
	Identificación inequívoca del producto (UDI: Identificación única de dispositivo)
	Fabricante
	Distribuidor
	Nombre del paciente
	Fecha de implantación
	Nombre del centro a través del cual se realizó la implantación
	Sitio web con información para el paciente

Tab. 1: Descripción de los símbolos

### 2.2 Señalización de las indicaciones de seguridad

#### ADVERTENCIA

La no observancia puede conllevar lesiones graves o un agravamiento considerable del estado general que pudiera conducir a la muerte.

### 2.3 Información adicional

Enlace para descargar la información del paciente: <sup>1)</sup>	<a href="http://www.leufen-medical.eu/pi/cmlmpi0007">www.leufen-medical.eu/pi/cmlmpi0007</a>
Esta información para el paciente se basa en las siguientes instrucciones de utilización:	CMLMGB0007-2

<sup>1)</sup> Se actualiza continuamente.

El código de producto y el número de lote de su implante se encuentran en su tarjeta de implante.

## 3 Qué debe tener en cuenta

### 3.1 Generalidades

- Lleve siempre consigo la tarjeta de implante. Muestre su tarjeta de implante y esta información del paciente al médico responsable antes de someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
  - Acuda a las citas acordadas con su médico responsable para realizar los exámenes de control y respete sus indicaciones sobre las posibles medidas que sea necesario adoptar para los cuidados posteriores.
  - Consulte a su médico si nota alguna de las siguientes molestias: Dolor, náuseas, mareos, fiebre
- IMPORTANTE:** el médico que le trata debe controlar su aixstent PPS con regularidad. Es imprescindible que respete las fechas de estos exámenes de control y siga las indicaciones de su médico sobre las medidas necesarias para los cuidados posteriores. Esto se aplica especialmente cuando se ha alcanzado la vida útil prevista de su aixstent PPS ([ ▶ Vida útil prevista, página 3 ]).

### 3.2 Alimentación

1. No tome alimentos líquidos hasta al menos 4 horas después de la implantación.
2. Consulte a su médico cuándo puede tomar alimentos sólidos. En términos generales, se aplica lo siguiente: Se pueden tomar alimentos sólidos si el stent está posicionado de forma segura y estable.
3. No tome bebidas frías hasta que hayan transcurrido como mínimo 3 días desde la implantación. De lo contrario, la fuerza de expansión del stent se verá afectada y este no podrá asentarse de forma estable y segura.

## 4 Descripción del producto

### 4.1 Generalidades

- Stent metálico, tejido, autoexpansible
- Revestimiento total
- Extremos atraumáticos
- Marcas radiopacas de tantalio (según especificación)

### 4.2 Materiales que pueden entrar en contacto con el paciente

Producto/parte del producto	Material	Persona que entra en contacto	Tipo de contacto
Armazón del stent	100 % nitinol <sup>1)</sup>	Paciente	En caso de daños en el producto
Revestimiento	100 % silicona implantable	Paciente	En cualquier aplicación
Marcas radiopacas	100 % tantalio	Paciente	En caso de daños en el producto

<sup>1)</sup>Material con efectos potenciales de sensibilidad/alergénicos

## 5 Uso previsto

### 5.1 Uso previsto

El stent está diseñado para mantener o permitir la permeabilidad del lumen natural o artificial en el cuerpo y/o para cubrir las zonas patológicas.

### 5.2 Grupo de pacientes objetivo

El producto es adecuado, en principio, para los siguientes grupos:

- Adultos
- Pacientes de cualquier sexo

Producto a medida. La idoneidad del producto para el paciente debe ser comprobada y validada por el facultativo / la institución que realiza la prescripción.

### 5.3 Vida útil prevista

Vida útil prevista del producto: 8 semanas

Duración máxima de uso: 8 semanas

Cuanto más se prolongue la durada de uso más aumentaran las probabilidades de que surjan complicaciones y se deteriore el producto.

## 6 Posibles complicaciones y efectos secundarios

Las posibles complicaciones relacionadas específicamente con el producto son:

- Hemorragias
- Perforaciones
- Migración del stent
- Crecimiento del tejido hacia el interior del stent / recubrimiento con tejido
- Infección / fiebre
- Sensación de cuerpo extraño
- Dolor continuo
- Oclusión del stent

Otras complicaciones como las que se conocen en el caso de intervenciones endoscópicas.

Debido a la aparición combinada de diferentes complicaciones y enfermedades de base, en casos extremadamente raros es posible que las complicaciones resulten incontrolables. En casos extremos muy raros, pueden ser mortales.

## 7 Combinación con otros procedimientos

### ADVERTENCIA

- Terapia con láser, terapia con argón plasma, cirugía de alta frecuencia, crioterapia y otros métodos basados en la aplicación de calor o frío: No aplicar estos métodos directamente sobre el producto. De lo contrario pueden lesionarse los tejidos o provocar daños en el producto.
- No se ha comprobado la seguridad del producto en caso de resonancia magnética (IRM). Por lo tanto, el producto se considera como no seguro en caso de IRM y no deberá aplicarse en campos RM. Entre los posibles efectos de la aplicación de productos no seguros para la IRM en campos RM se encuentran: Calentamiento del producto, descargas electromagnéticas, daños que resultan de la aplicación de fuerza sobre el producto, interferencias en las imágenes (también en el tejido circundante).

Los tratamientos para la reducción de tejidos, como por ejemplo la quimioterapia o la radioterapia, pueden provocar una migración del stent.

## 8 Otros riesgos permanentes

Aparte de las indicaciones de seguridad, posibles complicaciones y efectos secundarios mencionados, no se conocen otros riesgos permanentes significativos.

## 9 Medidas de seguimiento tras retirar el producto

El médico responsable decidirá las medidas de seguimiento que se deben adoptar tras retirar el producto en función de su enfermedad básica y de su estado de salud general.