

Producto a medida

aixstent[®] BDS

Stent para conducto biliar



aixstent[®] BDP

Stent para conducto biliar, percutáneo



bess pro gmbh
Gustav-Krone-Str. 7
D—14167 Berlin
Germany



Leufen Medical GmbH
Gustav-Krone-Str. 7
D—14167 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 816 90 93 00
Fax: +49 30 816 90 93 93
www.leufen-medical.eu
contact@leufen-medical.eu



a bess group company

1 Estimado/a paciente:

Ha recibido un implante del tipo aixstent BDS / BDP (producto a medida). Por su propia seguridad, lea detenidamente este documento con información para el paciente y consérvelo. Si tiene preguntas sobre su implante, diríjase al médico responsable.

2 Acerca de este documento

2.1 Explicación de los símbolos

Símbolo	Descripción
	Uso no seguro con resonancia magnética
	Código de producto
	Número de lote
	Identificación inequívoca del producto (UDI: Identificación única de dispositivo)
	Fabricante
	Distribuidor
	Nombre del paciente
	Fecha de implantación
	Nombre del centro a través del cual se realizó la implantación
	Sitio web con información para el paciente

Tab. 1: Descripción de los símbolos

2.2 Señalización de las indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

La no observancia puede conllevar lesiones graves o un agravamiento considerable del estado general que pudiera conducir a la muerte.

2.3 Información adicional

Enlace para descargar la información del paciente: ¹⁾	www.leufen-medical.eu/pi/cmlmpi0008
Esta información para el paciente se basa en las siguientes instrucciones de utilización:	CMLMGB0008-3

¹⁾ Se actualiza continuamente.

El código de producto y el número de lote de su implante se encuentran en su tarjeta de implante.

3 Qué debe tener en cuenta

1. Lleve siempre consigo la tarjeta de implante. Muestre su tarjeta de implante y esta información del paciente al médico responsable antes de someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
2. Consulte a su médico si nota alguna de las siguientes molestias: Hemorragias, dolor, fiebre
3. Acuda a las citas acordadas con su médico responsable para realizar los exámenes de control y respete sus indicaciones sobre las posibles medidas que sea necesario adoptar para los cuidados posteriores.

IMPORTANTE: el médico que le trata debe controlar su aixstent BDS / BDP con regularidad. Es imprescindible que respete las fechas de estos exámenes de control y siga las indicaciones de su médico sobre las medidas necesarias para los cuidados posteriores. Esto se aplica especialmente cuando se ha alcanzado la vida útil prevista de su aixstent BDS / BDP ([▶ Vida útil prevista, página 3]).

4 Descripción del producto

4.1 Generalidades

- Stent metálico, tejido, autoexpansible
- Sin revestimiento / con revestimiento parcial / con revestimiento completo de silicona (según especificación)
- Extremos atraumáticos
- Marcas radiopacas de tantalio (según especificación)

4.2 Materiales que pueden entrar en contacto con el paciente

Producto/parte del producto	Material	Persona que entra en contacto	Tipo de contacto
Estructura del stent	100 % nitinol ¹⁾	Paciente	En los stents con revestimiento completo: En caso de daños en el producto En los stents sin revestimiento completo: En cualquier aplicación
Revestimiento (solo para stents con revestimiento)	100 % silicona implantable	Paciente	En cualquier aplicación
Marca radiopaca	100 % tantalio	Paciente	En caso de daños en el producto (stents con revestimiento completo) / en cada aplicación (stents sin revestimiento completo)

¹⁾ Material con efectos potenciales de sensibilidad/alergénicos

5 Uso previsto

5.1 Uso previsto

El stent está diseñado para mantener o permitir la permeabilidad del lumen natural o artificial en el cuerpo y/o para cubrir las zonas patológicas.

5.2 Grupo de pacientes objetivo

El producto es adecuado, en principio, para los siguientes grupos:

- Adultos
- Pacientes de cualquier sexo

Producto a medida. La idoneidad del producto para el paciente debe ser comprobada y validada por el facultativo / la institución que realiza la prescripción.

5.3 Vida útil prevista

Vida útil prevista del producto: 12 meses

Cuanto más se prolongue la duración de uso más aumentarán las probabilidades de que surjan complicaciones y se deteriore el producto.

En los stents sin revestimiento completo:

El producto está diseñado para permanecer en el cuerpo.

En los stents con revestimiento completo:

Siempre que no sea necesario reemplazarlo antes, se recomienda reemplazar el producto como medida de precaución al cabo de 12 meses.

La decisión acerca de la duración del tratamiento recae en el médico responsable.

6 Posibles complicaciones y efectos secundarios

- Hemorragias
- Perforaciones
- Estenosis por expansión insuficiente del stent
- Migración del stent
- Crecimiento del tejido hacia el interior del stent / recubrimiento con tejido

- Infección / fiebre
- Dolor continuo
- Oclusión del stent, en especial con aixstent BDS, con la posible consecuencia de una colangitis, colocistitis o pancreatitis
- Colangitis
- Colecistitis
- Pancreatitis
- Peritonitis biliar
- Hemobilia
- Absceso hepático
- Hematoma hepático subcapsular
- Ulceraciones

Otras complicaciones como las que se conocen en el caso de intervenciones endoscópicas.

Debido a la aparición combinada de diferentes complicaciones y enfermedades de base, en casos extremadamente raros es posible que las complicaciones resulten incontrolables. En casos extremos muy raros, pueden ser mortales.

7 Combinación con otros procedimientos

ADVERTENCIA

- Terapia con láser, terapia con argón plasma, cirugía de alta frecuencia, crioterapia y otros métodos basados en la aplicación de calor o frío: No aplicar estos métodos directamente sobre el producto. De lo contrario pueden lesionarse los tejidos o provocar daños en el producto.
- No se ha comprobado la seguridad del producto en caso de resonancia magnética (IRM). Por lo tanto, el producto se considera como no seguro en caso de IRM y no deberá aplicarse en campos RM. Entre los posibles efectos de la aplicación de productos no seguros para la IRM en campos RM se encuentran: Calentamiento del producto, descargas electromagnéticas, daños que resultan de la aplicación de fuerza sobre el producto, interferencias en las imágenes (también en el tejido circundante).

Los tratamientos para la reducción de tejidos, como por ejemplo la quimioterapia o la radioterapia, pueden provocar una migración del stent.

8 Otros riesgos permanentes

Aparte de las indicaciones de seguridad, posibles complicaciones y efectos secundarios mencionados, no se conocen otros riesgos permanentes significativos.

9 Medidas de seguimiento tras retirar el producto

En los stents con revestimiento completo:

El médico responsable decidirá las medidas de seguimiento que se deben adoptar tras retirar el producto en función de su enfermedad básica y de su estado de salud general.

En los stents sin revestimiento completo:

El producto está diseñado para permanecer en el cuerpo.